

Hải Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện quân y 7 - Cục Hậu cần Kỹ thuật - Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua một số thiết bị, doanh cụ năm 2024 tại Bệnh viện quân y 7 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quân y 7 - Cục Hậu cần Kỹ thuật - Quân khu 3.

Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Hoàng Văn Đạt

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Trang bị

- Số điện thoại: 0915102966 – Gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp báo giá tại Khoa Trang bị Bệnh viện quân y 7 - Cục Hậu cần Kỹ thuật - Quân khu 3. Số 12 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Nhận qua gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ: 8h ngày 15 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 11 Năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 120 ngày kể từ ngày ..... tháng .... năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Mua một số thiết bị năm 2024 tại Bệnh viện quân y 7.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện quân y 7 - Cục Hậu cần Kỹ thuật - Quân khu 3. Địa chỉ: Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có)

### Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TB. Đ03b.

GIÁM ĐỐC



Đại tá Hoàng Văn Lý



Mẫu báo giá

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7 - Cục Hậu cần Kỹ thuật - Quân Khu 3

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7 - Cục Hậu cần Kỹ thuật - Quân Khu 3, chúng tôi:.....[Tên nhà cung cấp] báo giá Mua một số thiết bị, doanh cụ năm 2024 tại Bệnh viện quân y 7 như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.**

| STT       | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/ khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ) | Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|---------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1         |                        |                                         |       |              |         |                      |               |                                         |                                 |                  |
| 2         |                        |                                         |       |              |         |                      |               |                                         |                                 |                  |
| Tổng cộng |                        |                                         |       |              |         |                      |               |                                         |                                 |                  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 120 ngày kể từ ngày      tháng      năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo cáo là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng.... năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))

Phụ lục  
YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện quân y 7)

| STT | Tên thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| 1   | <b>Ghế nha khoa</b><br>Bao gồm :<br>+ 2 tay khoan nhanh (04 lỗ)<br>+ 01 bộ tay chậm (04 lỗ)<br>Cấu hình và phụ kiện:<br>Vòi cấp nước:01<br>Vòi xả nước:01<br>Bồn nhỏ sứ :01<br>Bộ hút phễu thuật:01<br>Bộ hút nước bọt:01<br>Tay xịt 3 tác dụng(hơi, nước):02<br>Ghế nha sỹ:01<br>Công tắc bàn đạp: 01<br>Đèn soi miệng Led: 01<br>Công tắc van khí:01<br>Đèn đọc phim 24V:01<br>Mâm dụng cụ:01<br>Đồng hồ áp khí:01<br>Đầu nối tay khoan chậm tốc:01<br>Đầu nối tay khoan nhanh siêu tốc:02<br>Hộp kỹ thuật:01                                                                                                         | cái | 01       |         |
| 2   | <b>Máy điện tim 6 kênh:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 bộ</li> <li>- Dây điện tim: 01chiếc</li> <li>- Dây nguồn: 01chiếc</li> <li>- Điện cực ngực: 06 quả</li> <li>- Điện cực kẹp chi: 04 chiếc</li> <li>-Ắc quy: 01chiếc</li> <li>- Giấy in: 01 tập</li> <li>- Xe đẩy: 01 chiếc</li> </ul> <b>Thông số kỹ thuật chính:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thể hiển thị đồng thời 12 đạo trình điện tim ECG.</li> <li>- Dữ liệu có thể xuất ra qua mạng LAN.</li> <li>- Thông tin bệnh nhân có thể nhận được từ máy chủ bên ngoài. Và báo cáo có thể được xuất ra ở</li> </ul> | Cái | 04       |         |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
|   | <p>định dạng DICOM hoặc PDF giúp tích hợp dữ liệu tốt hơn với các hệ thống quản lý dữ liệu khác nhau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khổ giấy: 110 mm, dài 30m đối với giấy gấp Z</li> <li>- Màn hình màu tinh thể lỏng</li> <li>- Kích thước: ≥8 inch</li> <li>- Phương pháp: đầu in nhiệt</li> <li>- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |
| 3 | <p><b>Đầu dò Convex</b> tương thích với máy siêu âm Hitachi V60</p> <p>Máy mới 100%, sản xuất năm 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dải tần số: 1-5MHz</li> <li>- Trường quan sát ≥ 70 độ</li> <li>- Số chấn tử ≥ 160</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cái | 02 |  |
| 4 | <p><b>Máy đo thính lực</b></p> <p>Máy mới 100%, sản xuất năm 2024;</p> <p>Thân máy đo thính lực</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chụp tai đo đường khí</li> <li>- Tai nghe đo đường xương</li> <li>- Nút bấm phản hồi</li> <li>- Bộ nguồn</li> <li>- Túi đựng di chuyển</li> <li>- USB chứa phần mềm, HDSD</li> <li>- Phiếu ghi thính lực đồ (50 phiếu)</li> <li>- Chức năng talk over tích hợp - Dây cắm USB kết nối PC</li> <li>- Phép đo: đường khí (AC), đường xương (BC), che lấp</li> <li>- Phương pháp đo: đo tự động hoặc chỉnh tay</li> <li>- Cường độ âm đo trường tự do: lên đến ≥ 90dBHL</li> <li>- Thính lực lời: qua băng ghi hoặc trực tiếp</li> <li>- Chức năng talk over tích hợp</li> <li>- In máy in nhiệt hoặc tải kết quả lên phần mềm trên máy tính</li> </ul> | cái | 01 |  |
| 5 | <p><b>Bộ khoan xương tai.</b></p> <p>Máy mới 100%, sản xuất năm 2024;</p> <p>Máy chính: 01 cái</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bộ  | 01 |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
|   | Thân khoan : 01 cái<br>Mũi khoan tại: 01 bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |
| 6 | <b>Bộ optical cartridge (ROX 585 - 610nm).</b> Tương thích với máy xét nghiệm Realtime PCR model: AriaDX; Hãng sản xuất: Agilent                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bộ  | 01 |  |
| 7 | <b>Máy điện xung:</b><br>Máy mới 100%, sản xuất năm 2024;<br>Máy chính: 01 cái<br>Cáp điện cực hút: 02 bộ<br>Điện cực hút: 08 cái (bộ/4 cái)<br>Miếng xốp điện cực: 08 cái (bộ/4 cái)<br>Cáp nguồn: 01 sợi<br>Có thể sử dụng đồng thời cho 2 bệnh nhân<br>Có $\geq 3$ dạng sóng kích thích:<br>Có $\geq 10$ chương trình điều trị:<br>Có $\geq 6$ chương trình tự động:<br>Có $\geq 4$ chương trình tự thủ công: | cái | 03 |  |

Tổng cộng 07 khoản./.